

6778
Br. 5241
om 27.08.2026

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора ВетПМ

« 10 » 08



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 40-26/ ПМГ /332

по результатам метрологической экспертизы документов,
представленных в Госстандарт Республики Беларусь
согласно ПМГ 06-2024

Наименование и тип СИ: весы лабораторные ВК

Изготовитель: АО «МАССА-К», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация

Цель экспертизы: продление признания утверждения типа и первичной поверки

Номер Госреестра: РБ 03 02 3321 21, сертификат № 14544

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Копия сертификата № 48026-11 от 13.01.2026 г. об утверждении типа.
2. Копия описания типа.
3. Копия аттестата аккредитации поверочной лаборатории.
4. Выписка из области аккредитации поверочной лаборатории.
5. Форма знака поверки.
6. Справка о прослеживаемости средства измерений к национальному первичному эталону.
7. Копия заключения ВНИИМ им. Д.И. Менделеева по результатам рассмотрения конструкторской, технологической и (или) технической документации (в целях продления срока действия утвержденного типа) (2025 г.).
8. Паспорт.
9. Письмо об организации, осуществляющей сервисное/гарантийное обслуживание или ремонт СИ в Республике Беларусь.

В результате экспертизы установлено:

1. Комплектность документов соответствует требованиям п. 2.13 ПМГ 06-2024.
2. По техническим и метрологическим характеристикам замечаний нет.

Методика поверки: поверку проводить по ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания» (приложение ДА «Методика поверки весов»).

Метрологическое обеспечение СИ в Республике Беларусь и рекомендации по признанию поверки: обеспечены;

ранее признаны результаты первичной поверки, проводимой Тест-Санкт-Петербург (аттестат аккредитации – № RA.RU.311483, шифр знака поверки – СП); ЗАО «МАССА-К», г. Санкт-Петербург, РФ (номер реестра – № 1415, шифр знака поверки – ВОО) (НТК № 11-08) при условии настройки весов при значении ускорения свободного падения g на широте г. Минска с указанием данной информации в паспортах приборов; первичная поверка весов лабораторных ВК проводится АО «МАССА-К», г. Санкт-Петербург, РФ (аттестат аккредитации – № 1415, шифр знака поверки – ВОО) согласно п. 1 представленной области аккредитации;

Интервал времени между государственными поверками в Республике Беларусь: 12 месяцев (п. 2.1.2 Постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 20 апреля 2021 г. № 39 «О перечне категорий средств измерений»).


Результаты экспертизы: положительные.

Рекомендации по результатам экспертизы: продлить срок действия признания утверждения типа в Республике Беларусь для типа «Весы лабораторные ВК»;

продлить признание результатов первичной поверки в Республике Беларусь для типа «Весы лабораторные ВК», проводимой АО «МАССА-К», г. Санкт-Петербург, РФ (аттестат аккредитации – № 1415, шифр знака поверки – ВОО) согласно п. 1 представленной области аккредитации, при условии настройки весов при значении ускорения свободного падения g на широте г. Минска с указанием данной информации в паспортах приборов.

/ Начальник сектора производственно-исследовательского отдела измерений механических величин

Начальник сектора научно-исследовательского отдела законодательной и теоретической метрологии, НТП



Е.Г. Юрченко



Н.Н. Червяковская